

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa thay thế Bóng phát tia máy đo đo loãng xương OsteoPro Grand Mini khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Kỹ sư. Trần Bùi Hùng – Nhân viên phòng Vật Tư-Thiết Bị Y tế, số điện thoại : 0912651583 hoặc 0904836239, địa chỉ email: tranhung060383@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật Tư-Thiết Bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: phongvttbyt.ld@gmail.com .

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 03 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về dịch vụ, thông số kỹ thuật của phụ kiện cần sửa chữa thay thế	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
Tên dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa thay thế Bóng phát tia máy đo đo loãng xương OsteoPro Grand Mini khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng				
1	Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, cân chỉnh máy	- Kiểm tra sửa chữa, xác định lại trình trạng máy - Tiến hành lắp đặt, thay thế bóng phát tia vào máy - Cài đặt, cân chỉnh lại hệ thống sau khi lắp đặt, thay thế. - Máy sau khi được sửa chữa, thay thế được cơ quan có chức năng kiểm định đạt an toàn về an toàn bức xạ	1	Lần

		- Hệ thống thực hiện chụp trên bệnh nhân có chất lượng hình ảnh đạt yêu cầu về chuyên môn.		
2	Bóng phát tia cần thay thế	- Điện áp vào: >0.98, 90-264Vac - Điện áp bóng trong khoảng từ 20kV - 80kV - Dòng điện trong khoảng từ 150uA -1,25mA - Công suất tối đa: $\geq 100W$ - Hệ số nhiệt độ điện áp: $\leq 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ - Tương thích máy đo loãng xương OsteoPro Grand Mini. - Phụ kiện mới 100%.	1	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm lắp đặt: Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, bàn giao đến nơi lắp đặt, sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi có bảo lãnh tạm ứng.

- Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị còn lại sau khi hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng

5. Các thông tin khác:

- Cam kết thời hạn bảo hành phụ kiện thay thế: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị đối với phụ kiện

- Các đơn vị chào giá cung cấp đầy đủ thông tin mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết và catalog đính kèm.

- Giá chào đã bao gồm thuế, lệ phí và các chi phí khác... Bệnh viện không phải trả bất kì chi phí nào thêm.

- Nhà cung cấp cung cấp các thông tin hãng chỉ định, ủy quyền.(nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên.

- LưuVT, VT-TBYT, KHTH, TCKT

GIÁM ĐỐC


Lê Văn Tiến